

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
úřad vnitřní kontroly
oddělení kontroly
Strojnická 27, 170 89 Praha 7

Č. j. PPR-44801-3/ČJ-2025-990220-PD

Praha 6. října 2025
Počet stran: 2

Nikolay Lezhnev
Divadelní 736/19
360 01 Karlovy Vary
lezhnev.nick@gmail.com

Odpověď na podání ze dne 14. 8. 2025 a 1. 9. 2025

Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia ČR obdržel dne 5. 9. 2025 cestou Generální inspekce bezpečnostních sborů Vaše podání ze dne 14. 8. 2025 a 1. 9. 2025, ve kterých žádáte o prověření údajně nesprávného postupu Kriminalistického ústavu Praha při kvantifikaci THC/THCA a upozorňujete současně na používání údajně nevyhovující "argo" metody Unie (EU) 2017/1155 - GC.

Z provedeného šetření vyplynulo, že Kriminalistický ústav používá pro kvantitativní stanovení obsahu delta-9-THC v odrůdách konopí po extrakci vhodným rozpouštědlem metodu plynové chromatografie ve spojení s plameno-ionizačním detektorem (GC-FID), která je platná pro celé území Evropské unie na základě Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017. V této metodě je popsán odběr, příprava vzorků, tak i podmínky jejich analýzy. Metoda je doporučena v rámci sítě European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), sdružující většinu evropských forenzních pracovišť. Vámi navrhovaná metoda kapalinové chromatografie (LC/HPLC) dle Ph. Eur. 3028, vycházející z lékopisné monografie Evropského lékopisu "Cannabis flower" je přímo závazná pro všechny členské státy Evropské unie v oblasti farmacie. Z toho tedy vyplývá, že tímto dokumentem se řídí především subjekty farmaceutické výroby, nikoliv forenzní pracoviště, tj. znalecké ústavy policie.

Na základě výše uvedeného, nebudou ze strany zdejšího kontrolního útvaru přijata žádná opatření.

Zpracoval:
pplk. Mgr. Štefánia Macháčková
974827333

plk. Mgr. Petr Dlouhý
vedoucí oddělení kontroly

